



	部 件 名 称
1	操作台
2	配电箱（医院自备）
3	发生器

电 源 要 求（配电箱到发生器电源线由医院自备）

- 电源电压 每相380V(±10%)
 三相，五线(带零线及保护接地)
- 电源频率 50Hz (±1Hz)
- 电源断路器 100安培(不带漏电保护)

- 额定容量 50KVA
- 电源内阻 ≤ 0.2欧姆
- 保护接地 ≤ 2欧姆(独立)

环 境 要 求

- 温度
 检查室 21° - 24°C
 控制室 20° - 24°C
- 相对湿度 35 % - 70 %(无凝结结霜现象)

医院名称 Hospital Name	
广州第十二医院	
合作单位 Cooperate Partner	
项目名称 Project name	
机体净重 The body net weight	
进机器最小尺寸 into the machine minimal size	
门宽1200 高2000	
项目编号 Project NO.	设计阶段 Project name
图号 Drawing NO.	中图 Project name
版号 Revision	比例 Project name
审定/审核 Authorized for issue/Approved by	
项目负责人 Project director	
专业负责人 discipline responsible	
校对 Checked by	
设计 Designed by	
单位出图专用盖章 Unit drawing special cover	
个人出图专用盖章 Personal drawing special cover	

机房布局图及电源要求 配电箱到发生器的电源电缆线选用25平方的三相五线铜芯线 建议为整机配备三相交流稳压电源，推荐功率100KW