


- \* 国标20#槽钢二根（自备），
- \* 每根槽钢下缘各打6个 $\phi 12$ 的圆孔，其孔距尺寸如图所示，
- \* 二根槽钢的孔与孔须水平对齐，安装尺寸如图所示
- \* 二根槽钢下缘面的整体水平度误差 $\leq 2\text{mm}$ ，
- \* 槽钢打孔面下缘距地面净高2900mm（推荐），
- \* 槽钢二端埋入墙壁内各200mm固定



槽钢安装示意图

医院名称 Hospital Name			
广州第十二医院			
合作单位 Cooperate Partner			
项目名称 Project name			
机体净重 The body net weight			
进机器最小尺寸 Into the machine minimal size			
门宽1200 高2000			
项目编号 Project NO.		设计阶段 Project name	
图号 Drawing NO.		专业 Project name	
版本号 Revision		比例 Project name	
审定/审核 Authorized for issue/Approved by			
项目负责人 Project director			
专业负责人 discipline responsible			
校核 Checked by			
设计 Designed by			
单位出图专用章 Unit drawing special cover			
个人出图专用章 Personal drawing special cover			